IrisCare
RETRACTEURS D'IRIS

Les rétracteurs d'iris flexibles permettent la dilatation mécanique de la pupille lorsque que celle-ci ne peut être réalisée par méthode pharmacologique. C'est une alternative simple, sûre et rapide à la réduction du temps chirurgical. Les rétracteurs d'iris flexibles étirent et maintiennent l'iris ouvert pour une visibilité maximum lors d'interventions telles que la phacoémulsification, la rétine, et la chirurgie vitréenne. Ils peuvent être utilisés en toute sécurité pour les yeux aphaques, pseudophaques ou phaques.



Le rétracteur d'iris consiste en un crochet flexible, monofilament en polypropylène, de couleur bleu vif, réglable.

Mode d'emploi :

1. Retirer l'étui de la boîte de conditionnement et prendre les rétracteurs d'iris doucement.

2. Réaliser quatre petites incisions équidistantes entre elles et le plus proche possible du limbe avec un couteau type 15°.
3. Tenir le rétracteur d'iris au niveau de la partie en silicone avec une pince à suture droite. Insérer la partie courbe du rétracteur d'iris dans l'incision et placer le rétracteur au dessus de l'iris. Rétracter le dispositif dilate la pupille. Lorsque les quatre rétracteurs sont en place, la pupille est agrandie en carré. La dilatation est maintenue grâce à la partie silicone placée au niveau de l'incision. La tension du crochet est réglable en déplaçant le silicone le long du rétracteur.

4. Retrait : enlever la partie en silicone. Libérer le rétracteur de l'iris. Doucement, retirer le rétracteur de l'œil. L'extrémité recourbée se redressera et passera au travers de l'incision.

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser si la boîte de conditionnement est ouverte ou endommagée.
Les rétracteurs d'iris sont des dispositifs stériles à usage unique. Ils ne doivent pas être réutilisés, ni restérilisés par aucune méthode.
Ce dispositif peut être utilisé uniquement par des médecins ayant reçu la formation appropriée.
Ne pas utiliser après la date d'expiration mentionnée sur l'emballage.

Conditionnement :

Chaque boite contient 5 rétracteurs d'iris.
Généralement, 4 rétracteurs d'iris sont nécessaires pour obtenir la dilatation voulue.
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Pour un seul patient uniquement.
video sur www.madhuinstruments.com

Distribué par :

Emetrop'

3 Rue Pierre Curie - 92400 Courbevoie
Tel : 09.63.61.61.26 - Fax : 01.47.88.51.85
bienvenue@emetrop.com - www.emetrop.com

certifié par
CE 0434
DNV